FUME HOOD MONTHLY CHECKLIST
(SENARAI SEMAK BULANAN KEBUK WASAP)

TAHUN:
(Year) _____

Fakulti: _____ Jabatan: _____

Makmal: _____ Lokasi: Blok _____, Tingkat _____

No Tag Kebuk Wasap: _____ Penyelia Makmal: _____

ARAHAN (***Instruction***) : Tick ☑ for items in working order / compliance.
(*perkara yang diperiksa adalah dalam keadaan baik / mengikut arahan*).
Cross ☒ for items that is spoilt / NOT functioning properly / non-compliance – REPORT to lab supervisor, log the report in "Action Taken" & follow-up.
(*perkara yang diperiksa telah rosak /dalam keadaan tidak baik / tidak mengikut arahan*) – LAPOR kepada Penyelia Makmal, rekodkan laporan ke dalam "Tindakan Yang Diambil" & buat tindakan susulan.

No	Item (Perkara)	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Air is not flowing out from the fume hood (test ribbon) – No air suction *Udara tidak keluar dari kebuk wasap (reben ujian) – Tiada penyedutan udara*												
2	The fume hood has an 'air flow indicator' *Kebuk wasap mempunyai 'penunjuk aliran udara'*												
3	No signs of physical damage (broken part, corrosion, etc) *Tiada tanda-tanda kerosakan fizikal (bahagian yang pecah, kakisan, dsb)*												
4	No traces of chemicals on work surface *Tiada kesan bahan kimia pada permukaan kerja*												
5	Sash is closed when fume hood not in use *Tetingkap ditutup apabila kebuk wasap tidak digunakan*												
6	The fume hood is not used for storing chemicals or evaporating chemical waste *Kebuk wasap tidak digunakan untuk menyimpan bahan kimia atau pengewapan sisa kimia*												
7	No electric extension board is kept or used inside the fume hood *Tiada papan sambungan elektrik disimpan atau digunakan di dalam kebuk wasap*												
8	Sinks in fume hood is not clogged or leaking *Singki di dalam kebuk wasap tidak tersumbat atau bocor*												
9	Sash stopper is in good condition *Penghenti tetingkap di dalam keadaan baik*												
10	No materials is blocking air flow inside/outside the fume hood *Tiada barang-barang yang menyekat aliran udara di dalam / di luar kebuk wasap*												
11	The fume hood is not emitting loud noise *Kebuk wasap tidak mengeluarkan bunyi bising*												
12	Lighting fixture is in working condition *Lekapan pencahayaan di dalam keadaan baik*												
13	DIPERIKSA (staf yang bertanggunjawab di makmal) OLEH: *INSPECTED (staff in-charge of the lab) BY* Tandatangan & NAMA *Signature & NAME*												
14	Disemak oleh Penyelia Makmal (Pensyarah yang menyelia makmal/PI /Pegawai Sains/RO) *Checked by Lab Supervisor (Lecturer in-charge / PI / Science Officer / RO)*												

TINDAKAN YANG DIAMBIL (ACTION TAKEN) **Tag No Kebuk Wasap:** **Jabatan:**

Tarikh *Date*	Tindakan diambil *Action taken*	Oleh *By*	Tindakan Susulan (Status – sekiranya masih belum dibaiki dalam 1 bulan) *Follow-up Action (Status, if fumehood is not repaired within 1 month)*	Tarikh Kebuk Wasap dibaiki *(Date FH is repaired)*